

### 实验室仪器所用试剂

HACH 提供的 DR 系列 (DR/4000、DR/2500、DR/2400、DR/2010 等) 分光光度计和比色计 (DR/890 等), 使您的测试更加简便迅速, 只需将试剂溶解在水样中 (注: 部分水样需要前处理), 按操作程序处理后, 放在分光光度计或比色计上直接读数, 就可以得到精确的测试结果。一次性包装的试剂粉包、安培瓶及预装管都能配合光度法进行测试。

### COD 测试范围:

	测试范围	检测限
超高量程	0-15000mg	230mg/L
高量程	0-1500mg/L	23mg/L
低量程	0-150mg/L	3mg/L
超低量程★	0-40mg/L	0.2mg/L

### 分光光度法 (配合 DR2500, DR2010, DR890 等) 测定的氮参数数据, 方法, 度剂包装及量程

测定参数	方法	测试范围	包装	订货号
氨、氮	奈斯勒	0~2.50mg/L	100	24582-00
氨、氮	水杨酸盐	0~0.80mg/L	100	22437-00

### 在线仪器所用试剂

在线分析产品中, HACH 拥有一系列在线仪器来满足实时监控的需要, 包括 1720 浊度控制仪, CL17 氯分析仪, SP510 硬度监测分析仪, UV 有机物分析仪和 SERIS5000 在线比色测定硅、磷、联氨的分析仪等。低费用, 低维护量, 数据控制灵活。

### 哈希在线仪器所使用的试剂

HACH 提供的在线测试仪器, 具有无人看管运行, 低维护的特点。可以在任何地方设立监测点。先进的电子控制系统加配 HACH 为各种参数特设的在线试剂, 可以实现实时监测、设定浓度报警。一次维护后, 一般 1~2 个月才需花 15 分钟作一下调试或更换试剂的工作。

### 预制的配套试剂:

#### Series 5000 磷分析仪 (低量程 LR)

试剂名称	包装	订货号
阳离子表面活性剂溶液	2.9L	23755-03
抗坏血酸试剂包	2.9L	26003-03
钼酸盐试剂溶液	2.9L	25998-03
3mg/LPO <sub>4</sub> 标准溶液	2.9L	20597-03
零标准, 水	2.9L	26001-03

#### Series 5000 磷分析仪 (高量程 HR)

试剂名称	包装	订货号
硫酸溶液, 5.25N	2.9L	2449-03
钒酸钼试剂	2.9L	14207-03
阴离子表面活性剂溶液	2.9L	23755-03
30mg/LPO <sub>4</sub> 标准溶液	2.9L	14367-03

#### APA6000 铜分析仪

试剂名称	包装	订货号
试剂 1, 缓冲液	1L	27559-53
试剂 2, 指示剂	1L	27560-53

北京新敏兴业环境科技发展有限公司 地址: 北京市石景山区玉泉西里远洋山水 4 号楼首层 2-102 号

BEIJING NEWAGILE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD .

电话: 010-88685781/2 传真: 010-88685783 网址: www.bjxmy.com 邮箱: market@bjxmy.com

标准液 1, 0mg/L	1L	27562-53
标准液 2, 1mg/L(低量程)	1L	27563-53
标准液 2, 10mg/L(高量程)	1L	27564-53
清洗液	1L	26964-53

**APA6000 氨氮测试仪**

试剂名称	包装	订货号
离子强度调节剂	1L	26971-53
氨氮浓度标准液(低量程)	1L	26972-53
氨氮浓度标准液(高量程)	1L	26973-53
清洗液	1L	26974-53

**Amtax compact 氨氮分析仪**

试剂名称	包装	订货号
0.2-12mg/L 试剂包	三瓶试剂	28307-00
2-120mg/L 试剂包	三瓶试剂	28308-00
20-1200mg/L 试剂包	三瓶试剂	28309-00

**Series 5000 硅分析仪**

试剂名称	包装	订货号
钼酸盐 3 试剂	2.9L	1995-03
表面活性剂	2.9L	23470-03
氨基酸试剂	2.9L	23531-03
硅标准液	2.9L	21008-03

**APA6000 硬度仪(10-1000mg/L)**

试剂名称	包装	订货号
试剂 1, 掩蔽液	1L	2793553
试剂 2	1L	2793600
试剂 3, 滴定液	1L	2793753
标准液 1, 0mg/L	1L	2793253
标准液, 1000mg/L	1L	2793353
清洗液	1L	2793453

**APA6000 硬度仪(50-10000 μg/L)**

试剂名称	包装	订货号
试剂 1, 指示剂	1L	2695853
试剂 2, 缓冲液	1L	2695753
标准液 1, 0mg/L	1L	2696253
标准液 2, 5mg/L	1L	2696353
清洗液	1L	2696453

**CL17 氯分析仪**

试剂名称	包装	订货号
DPD 指示剂粉末(余氯和总氯)	24g	22972-55
总氯指示剂溶液	473mL	22634-11
总氯缓冲溶液	473mL	22635-11

---

余氯指示剂溶液	473mL	23140-11
余氯缓冲溶液	473mL	23141-11

---